

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

(2022) 椒 量标 企 证字第 009 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位 浙江鑫泰检测技术有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 硫化氢气体检测仪检定装置

代码 46113104

Name of Measurement Standard

Code

测量范围

Measuring Range

(0-100) μ mol/mol

不确定度或准确度等级

或最大允许误差

硫化氢标准气体: $U_{rel}=2\%$, $k=2$

Uncertainty / Accuracy Class /

Maximum Permissible Error

保存地点: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园 60 幢 1 号浙江鑫泰检测技术有限公司二楼理化实验室

Installed in

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2022 年 02 月 07 日

Date Issued

有效期至 2027 年 02 月 06 日

Date of Expiry

计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series Number
	氮气中硫化氢标准气体	GBW (E)084106	20.6 μ mol/mol	$U_{rel}=2\%$, $k=2$	上海伟创标准气体分析技术有限公司 PQ20210802099
	氮气中硫化氢标准气体	GBW (E)084106	51.1 μ mol/mol	$U_{rel}=2\%$, $k=2$	上海伟创标准气体分析技术有限公司 PQ20210802100
	氮气中硫化氢标准气体	GBW (E)084106	81.7 μ mol/mol	$U_{rel}=2\%$, $k=2$	上海伟创标准气体分析技术有限公司 PQ20210802101
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	氮气标准气体	/	99.999%	/	上海伟创标准气体分析技术有限公司 PQ20210803238
	电子秒表	XJ-008	(0~24) h	MPE: ± 0.5 s/d	XINJIE A501-3
	玻璃转子流量计	DK800-4F	(0.1~1.0) L/min	4.0 级	常州双环热工仪表有限公司 2039
	玻璃转子流量计	DK800-4F	(0.1~1.0) L/min	4.0 级	常州双环热工仪表有限公司 2040
	绝缘电阻表	ZC25B-3	500V (0~500)M Ω	10 级	上海第六电表厂有限公司 210512708
开展的检定或校准项目 Verification or Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error		依据的计量检定规程或计量技术规范 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code
	硫化氢气体检测仪	(0~100) μ mol/mol	MPE: $\pm 10\%$		JJG 695-2019 《硫化氢气体检测仪》