

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

(2022) 椒 量标 企 证字第 004 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位 浙江鑫泰检测技术有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 水中油份浓度分析仪检定装置

代码 46113624

Name of Measurement Standard

Code

测量范围

(0-1000) mg/L

Measuring Range

不确定度或准确度等级

红外测油仪用溶液标准物质: $U_{rel}=3\%$, $k=2$

或最大允许误差

Uncertainty / Accuracy Class /

Maximum Permissible Error

保存地点: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园 60 幢 1 号浙江鑫泰检测技术有限公司二楼理化实验室

Installed in

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2022 年 01 月 27 日

Date Issued

有效期至 2027 年 01 月 26 日

Date of Expiry

计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series Number
	红外测油仪用溶液标准物质	5 mL	1000 mg/L	Urel=3%, k=2	中国计量科学研究院 21001
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	单标线容量瓶	100 mL	100 mL	A 级	申玻 210106-17
	单标线容量瓶	10 mL	10 mL	A 级	申玻 210106-31~ 210106-35
	分度吸量管	1 mL	1 mL	A 级	申玻 210105-23
	分度吸量管	5 mL	5 mL	A 级	申玻 210105-16~ 210105-17
	单标线吸量管	5 mL	5 mL	A 级	申玻 210105-8、 210105-9
	电子秒表	XJ-008	(0~24) h	±0.5 s/d	XINJIE A501-3
	绝缘电阻表	ZC25B-3	500V, (0~500) MΩ	10 级	上海第六电表厂有限公司 210512708
	调压变压器(交流调压电源)	STG-500W	(0~500) V	/	浙江诚强电气有限公司 C511
开展的检定或校准项目 Verification or Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error		依据的计量检定规程或计量技术规范编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code
	水中油份浓度分析仪	(0~1000) mg/L	A 类仪器	≤10mg/L 时, MPE: ±0.8mg/L	JJG 950-2012《水中油份浓度分析仪》检定规程
				>10mg/L 时, MPE: ±8%	
			B 类仪器	MPE: ±8%	